



Mon-Droguiste.Com
39 Bis Rue Du Moulin Rouge
10150 Charmont Sous Barbuise
Tél : +33.(0)3.25.41.04.05
Email : contact@mon-droguiste.com
Web : www.mon-droguiste.com

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Certificate of analysis

Producto / Product:

DIMETILFORMAMIDA

Lote / Batch number:

25E00210C2

Fecha análisis / Date of Analysis: 26/05/2025

<u>ENSAYO, UNID</u> <i>Assay, unit</i>	<u>RESULTADO</u> <i>Result</i>	<u>ESPECIFICACIÓN</u> <i>Specification</i>	<u>MÉTODO</u> <i>Method</i>
ASPECTO <i>Appearance</i>	Conforme <i>Conforms</i>	Limpio y transparente <i>Clean and clear</i>	VISUAL
COLOR, Hazen <i>Color, Hazen</i>	5	10 max	ASTM D 1209
IND. REFRACCIÓN a 20 °C <i>Refractive index at 20 °C</i>	1,430	No especificado <i>Not specified</i>	ASTM D 1218
DENSIDAD a 20 °C, g/ml <i>Density at 20 °C, g/ml</i>	0,949	No especificado <i>Not specified</i>	ASTM D 4052
AGUA, % <i>Water, %</i>	0,012	0,05 max	ASTM E 203
ALCALINIDAD, %p como dimetilamina <i>Alkalinity, %w as dimethylamine</i>	< 0,001	0,001 max	LPAMA-014
ACIDEZ, %p como ácido fórmico <i>Acidity, %w as formic acid</i>	< 0,001	0,001 max	ASTM D1613
PUREZA, % <i>Purity, %</i>	99,9	99,9 min	ASTM E 260
METANOL, ppm <i>Methanol, ppm</i>	< 50	50 max	

26/05/2025

Los datos que anteceden no eximen de la realización de un control de entrada de mercancías.

The above data do not exempt the customer from the obligation to carry out an inspection of the goods received.

Les données mentionnées ci-dessus ne libèrent pas le client de l'obligation de procéder à une inspection des marchandises reçues.